wellion®

LUNA

UA

W612UAKOMBI 20240808

AT DE

Wellion® LUNA Harnsäure Teststreifen

Zur Verwendung mit einem Gerät der Wellion LUNA Serie, um die Harnsäure-Konzentration in kapillarem Vollblut zu bestimmen.

WICHTIG: LESEN SIE BITTE DIESE ANWEISUNG UND DAS HANDBUCH IHRES WELLION MESSGERÄTES DER LUNA SERIE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DEN WELLION LUNA HARNSÄURE TESTSTREIFEN IHRE HARNSÄURE MESSEN.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
- Messung der Harnsäure im kapillaren Vollblut aus den Fingerspitzen.
- Das Messgerät kann sowohl von Laien als auch von medizinischem Fachpersonal verwendet werden.
- Nur zur In-Vitro-Diagnostik.

TESTPRINZIP
- Elektrochemische Biosensor Technologie.

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DES TESTSTREIFENS
- Netzmittel: Cellulose
- Andere Wirkstoffe (Puffer, Tensid usw.): ≥ 0,01 mg

LAGERUNG UND HANDHABUNG
[1] Lagern Sie die Teststreifen bei Raumtemperatur zwischen 4 und 30°C (39-86°F). Verbrauchen Sie die Streifen innerhalb von 3 Monaten nach der ersten Öffnung. **[2]** Berühren Sie den Streifen nur mit sauberen und trockenen Händen. **[3]** Schließen Sie die Teststreifendose sofort nach der Verwendung wieder. **[4]** Verwenden Sie den Streifen sofort, nachdem Sie ihn aus der Teststreifendose entnommen haben. **[5]** Verwenden Sie keine abgelaufenen Streifen. Das könnte zu falschen Messergebnissen führen. **[6]** Setzen Sie die Teststreifen nicht hoher Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht oder Hitze aus. **[7]** Die Streifen dürfen nicht umgepackt, gekühlt oder gefroren werden. Packen Sie die Teststreifen nicht in eine andere Dose um. **[8]** Die Streifen dürfen nicht verbogen, geschnitten oder gefaltet werden.

Automatische-Streifen-Erkennung
Weitere Informationen finden Sie bitte in der Bedienungsanleitung.

Kodierungs-Prozess
[1] Den Code-Streifen einsetzen **[2]** Die Code-Nummer und der Testmodus werden auf dem Display angezeigt **[3]** Stellen Sie sicher, dass die Codes auf dem Display/ dem Code-Streifen und dem Dosenetikett übereinstimmen. **[4]** Stellen Sie sicher, dass der Testmodus oben auf dem Display "UA" anzeigt.

Den Test durchführen
[1] Entnehmen Sie einen Teststreifen. **[2]** Verschließen Sie die Dose sofort wieder. **[3]** Führen Sie einen Teststreifen ins Gerät ein. **[4]** Stellen Sie sicher, dass der Code korrekt ist. **[5]** Gewinnen Sie eine Blutprobe mit der Stechhilfe. **[6]** Berühren Sie die Blutprobe mit dem Teststreifen. **[7]** Das Resultat wird nach dem Countdown angezeigt. **[8]** Entsorgen Sie den gebrauchten Streifen und die Lanzette entsprechend den lokalen Vorschriften.
Weitere detaillierte Informationen zum Testvorgang finden Sie in der Bedienungsanleitung.

WICHTIG: BITTE ÜBERPRÜFEN SIE DEN TESTMODUS, BEVOR SIE DEN TEST BEGINNEN.

Testergebnisse
Messbereich: 3-20 mg/dL (180-1.190 µmol/L)
[1] Der Normalbereich für einen gesunden Mann: 3,4-7,0 mg/dL (200-420 µmol/L). Der Normalbereich für eine gesunde Frau: 2,4–6,0 mg/dL (140-360 µmol/L). (Der Bereich dient nur als Referenz.) **[2]** Wird "Lo" auf dem Messgerät angezeigt, liegt Ihr Harnsäurespiegel möglicherweise unter 3 mg/dL (180 µmol/L). **[3]** Wird "Hi" auf dem Messgerät angezeigt, liegt Ihr Harnsäurespiegel möglicherweise über 20 mg/dL (1.190 µmol/L).

Wenn das Testresultat ungewöhnlich hoch oder niedrig ist, oder wenn es nicht mit Ihrem Befinden übereinstimmt, wiederholen Sie den Test zunächst mit einem neuen Streifen und achten Sie dabei darauf, dass Sie die Anweisungen sorgfältig befolgen.
[1] Die Teststreifen sind nicht abgelaufen. **[2]** Das Messgerät wurde korrekt kodiert und die Codenummer stimmt mit dem Teststreifen überein. **[3]** Messgerät und Streifen funktionieren korrekt. **[4]** Die Blutprobe hat die komplette Reaktionszone des Teststreifens ausgefüllt.
Wenn Sie immer noch Zweifel bzgl. des Testergebnisses haben, wenden Sie sich bitte an medizinisches Fachpersonal oder den autorisierten Händler.

WICHTIG: BITTE WENDEN SIE SICH AN MEDIZINISCHES FACHPERSONAL, BEVOR SIE AUFGRUND DER TESTRESULTATE MEDIZINISCHE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN.
TESTSTREIFEN ANDERER MARKEN KÖNNEN NICHT MIT DEM WELLION LUNA MESSGERÄT VERWENDET WERDEN. MÖGLICHE BIOGEFÄHRDUNG. GEBRAUCHTE TESTMATERIALIEN KÖNNTEN INFEKTIONSQUELLEN DARSTELLEN. SEIEN SIE VORSICHTIG, INSBESONDERE, WENN DAS SYSTEM VON MEHREREN BENUTZERN VERWENDET WIRD.

Kontrolllösungstest
Mit der Kontrolllösung soll die Leistung des Systems überprüft werden. Das System funktioniert korrekt, wenn das Testresultat der Kontrolllösung innerhalb des auf der Teststreifendose aufgedruckten Kontrollbereiches fällt. Die Kontrolllösung ist nicht im System enthalten. Bitte fragen Sie den Fachhändler nach der Kontrolllösung.
Ein Kontrolltest kann durchgeführt werden:
[1] Wenn das System nicht korrekt funktioniert. **[2]** Wenn das Testresultat ungewöhnlich oder widersprüchlich ist.

Resultate können aus folgenden Gründen außerhalb des Bereichs liegen:
[1] Der Test wurde falsch durchgeführt. **[2]** Die Kontrolllösung ist verunreinigt oder abgelaufen. **[3]** System-Störung oder Fehlfunktion. **[4]** Die Codes auf dem Messgerät und der Teststreifendose stimmen nicht überein.

WICHTIG: DER KONTROLLBEREICH KANN MIT JEDER NEUEN DOSE VON TESTSTREIFEN VARIIEREN. ÜBERPRÜFEN SIE IHN IMMER, WENN SIE EINEN KONTROLLLÖSUNGSTEST DURCHFÜHREN. VERWENDEN SIE DAS SYSTEM NICHT, WENN DIE TESTRESULTATE DER KONTROLLLÖSUNG FALSCH AUSFALLEN. WENDEN SIE SICH BITTE AN EINEN FACHHÄNDLER FÜR HILFE.

Einschränkungen
Bitte beachten Sie die folgenden Einschränkungen, um genaue Resultate zu erhalten.
[1] Nur für die einmalige Benutzung vorgesehen. Bitte die Teststreifen nicht wiederverwenden. **[2]** Führen Sie den Test nicht in starken elektronischen Feldern mit Signalstörung durch. **[3]** Führen Sie den Test nicht an Neugeborenen aus. **[4]** Die Teststreifen können bis zu einer Seehöhe von 3048 Metern (10.000 Fuß) verwendet werden. **[5]** Der Hämatokritwert (Hct) sollte zwischen 30-55 % betragen. **[6]** Benutzen Sie nur frisches kapillares Vollblut aus den Fingerspitzen. **[7]** Verwenden Sie kein Serum oder Plasma oder venöses Vollblut.

Zusätzliche Informationen für medizinisches Fachpersonal
[1] Störungen: Acetaminophen, Allopurinol, Amilorid, Ascorbinsäure, Atenolol, Bilirubin, Kreatinin, Colchicin, Diclofenac, Glibenclamid, Ibuprofen, Indometacin, Ketoprofen, Metformin, Methyldopa, Salicylate (Aspirin), Tetracycline, Tolazamid, Tolbutamide, Glukose, Triglyceride, Cholesterin beeinträchtigen die Resultate nicht wesentlich. Ungewöhnlich hohe Konzentrationen im Blut könnten jedoch zu ungenauen Testergebnissen führen. **[2]** Gentisinsäure im therapeutischen Bereich (5 mg/dL) könnte das Testergebnis beeinflussen. **[3]** Ein gesenkter peripherer Blutfluss könnte zu falschen Resultaten führen, wie z.B. schwere Dehydratation, bei Schock oder in einem hyperosmolaren Zustand (mit oder ohne Ketose), Hypotension. **[4]** Ein Cholesterinspiegel bis zu 322 mg/dL (8,34 mmol/L) beeinträchtigt die Testergebnisse nicht. **[5]** Bei einem Triglyzeridspiegel über 1500 mg/dL (16,94 mmol/L) werden Tests mit den Harnsäure-Teststreifen nicht empfohlen. **[6]** Ein Glukosespiegel bis zu 503 mg/dL (27,9 mmol/L) hat keinen wesentlichen Einfluss auf den Harnsäurewert. **[7]** Die Teststreifen sind für schwer kranke Patienten nicht empfehlenswert.

Genauigkeit:
Die Genauigkeit des Harnsäuretests wurde mit kapillarem Fingerblut getestet und mit Referenz-Geräteka libratoren verglichen, die auf den NIST SRM 913 Standard bezogen wurden. Bei einer Harnsäurekonzentration <5 mg/dL (<300 µmol/L) fallen 95% der Testresultate innerhalb von ±20% der Bias-Intervalle im Vergleich zu den Referenzgeräten. Die drei Chargen haben Korrelationskoeffizienten (R2) von 0,9276, 0,9399 und 0,9309.

Harnsäurekonzentration <5 mg/dL (<300 µmol/L).

Innerhalb ± 0,2mg/dL (± 12 µmol/l)	Innerhalb ± 0,5 mg/dL (± 30 µmol/l)	Innerhalb ± 1 mg/dL (± 60 µmol/l)	Innerhalb ± 1,5 mg/dL (± 90 µmol/l)
66/120 (55%)	113/120 (94,2%)	119/120 (99,2%)	120/120 (100%)

Harnsäure-Konzentration ≥5 mg/dL (≥ 300 µmol/l)

Innerhalb ± 5%	Innerhalb ± 10%	Innerhalb ± 15%	Innerhalb ± 20%
100/195 (51,3%)	165/195 (84,6%)	190/195 (97,4%)	194/195 (99,5%)

Präzision
Wiederholbarkeit

Mittelwert mg/dL (µmol/L)	3,6 (210)	6,5 (380)	9,4 (550)	12,0 (710)	14,9 (880)
SD mg/dL (µmol/l)	0,19 (10)	0,38 (20)	0,55 (30)	0,70 (40)	0,82 (50)
CV (%)	5,4	5,9	5,8	5,9	5,4

Zwischenpräzision

Mittelwert mg/dL (µmol/L)	4,7 (280)	7,1 (420)	11,6 (680)
SD mg/dL (µmol/l)	0,18 (10)	0,30 (20)	0,43 (30)
CV (%)	3,8	4,13	3,73

Schwerwiegende Vorkommnisse sind dem Hersteller und der nationalen Behörde zu melden.

GR

Ταινίες Ουρικού Οξέος Wellion® LUNA

Για τη χρήση των μετρητών Wellion LUNA για μέτρηση συγκέντρωσης ουρικού οξέος σε τριχοειδικό ολικό αίμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ WELLION LUNA ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ WELLION ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΟ ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
- Μετρώντας το επίπεδο ουρικού οξέος σε τριχοειδικό ολικό αίμα από τα δάχτυλα.
- Ο μετρητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη ειδικούς ή επαγγελματίες του τομέα της υγείας.
- Μόνο in vitro διαγνωστική χρήση.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
- Ηλεκτροχημική τεχνολογία βιοαισθητήρα.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
- Υγρός Παράγοντας: Κυτταρίνη
- Άλλα συστατικά (ρυθμιστικός παράγων, επιφανειοδραστική ουσία, κ. λ.π.): ≥ 0.01 mg

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
[1] Αποθήκευση των ταινιών σε 4-30 °C (39-86 °F), χρήση εντός 3 μηνών από το πρώτο άνοιγμα. **[2]** Χειριστείτε τις ταινίες μέτρησης με στεγνά και καθαρά χέρι. **[3]** Κλείσιμο του φιαλιδίου των ταινιών αμέσως μετά τη χρήση. **[4]** Χρησιμοποιήστε την ταινία αμέσως μετά τη λήψη από το φιαλίδιο. **[5]** Μην χρησιμοποιείτε ληγμένες ταινίες. Μπορεί να προκαλέσει ψευδές αποτέλεσμα. **[6]** Μην εκθέτετε τις ταινίες κάτω από το ηλιακό φως, τη θερμότητα ή σε υγρό περιβάλλον. **[7]** Μην επανασυσκευάσετε, αλλάξτε το φιαλίδιο, καταψύξτε ή παγώστε τις ταινίες. **[8]** Μη λυγίσετε, κόψετε ή διπλώσετε την ταινία.

Αυτόματη Αναγνώριση Ταινίας
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

Διαδικασία Κωδικοποίησης
[1] Εισαγωγή κωδικοποιημένης ταινίας **[2]** Κωδικός αριθμός και εμφάνιση λειτουργίας μέτρησης στην οθόνη **[3]** Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός στην οθόνη, ο κωδικός ταινίας και ο κωδικός του φιαλιδίου ταινιών είναι ο ίδιος. **[4]** Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία δοκιμής στην κορυφή της οθόνης εμφανίζεται „UA"

Πώς να Εκτελέσετε τη Μέτρηση
[1] Πάρτε μια ταινία **[2]** Κλείσιμο του φιαλιδίου των ταινιών αμέσως **[3]** Εισαγωγή της ταινίας **[4]** Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός είναι σωστός **[5]** Δειγματοληψία με συσκευή διάτρησης **[6]** Αγγίξτε το δείγμα αίματος με την ταινία **[7]** Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί μετά την αντιστροφή **[8]** Απορρίψτε τη χρησιμοποιούμενη ταινία και τον σκαρφιστήρα στο δοχείο απόρριψης.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερή διαδικασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΞΑΝΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ.

Αποτελέσματα Μέτρησης
Εύρος μέτρησης: 3-20 mg/dL (180-1.190 µmol/L)
[1] Το Κανονικό Εύρος για Υγιή Άνδρα: 3,4-7,0 mg/dL (200-420 µmol/L) το κανονικό εύρος για Υγιή Γυναίκα: 2,4–6,0 mg/dL (140-360 µmol/L) (Το εύρος είναι μόνο μια αναφορά.) **[2]** Εάν το „Lo" εμφανίζεται στο μετρητή, το επίπεδο ουρικού οξέος μπορεί να είναι κατώτερο από 3 mg/dL (180 µmol/L). **[3]** Εάν το „Hi" εμφανίζεται στο μετρητή, το επίπεδο ουρικού οξέος μπορεί να είναι πάνω από 20 mg/dL (1.190 µmol/L).

Εάν το αποτέλεσμα της δοκιμής είναι ασυνήθιστα χαμηλό, υψηλό ή ασυμβίβαστο με το πώς αισθάνεστε, ελέγξτε τα παρακάτω και επαναλάβετε τη μέτρηση με μια νέα ταινία και βεβαιωθείτε ότι έχετε παρακολουθήσει προσεκτικά τις οδηγίες.
[1] Οι ταινίες δεν έχουν λήξει. **[2]** Ο μετρητής έχει κωδικοποιηθεί σωστά και ο κωδικός αριθμός είναι συμβατός με τη λωρίδα. **[3]** Ο μετρητής και οι ταινίες λειτουργούν σωστά. **[4]** Το δείγμα αίματος γέμισε την είσοδο της ταινίας επαρκώς.
Εάν εξακολουθείτε να αμφιβάλλετε για το αποτέλεσμα της μέτρησης, συμβουλευτείτε τον επαγγελματία υγείας ή επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο προμηθευτή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΛΑΒΕΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΘΗΚΑΝ.
ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΜΑΡΚ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ WELLION LUNA.
ΠΙΘΑΝΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ. ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΗΓΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Διάλυμα Ελέγχου
Το διάλυμα ελέγχου χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της απόδοσης του συστήματος. Εάν το αποτέλεσμα της μέτρησης διαλύματος ελέγχου εμπίπτει στην περιοχή που αναγράφεται στην ετικέτα του φιαλιδίου των ταινιών, το σύστημα λειτουργεί σωστά. Το διάλυμα ελέγχου δεν συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα για την αγορά. Το διάλυμα ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιείται:
[1] Όταν το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. **[2]** Όταν το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι ασυνήθιστο ή αντιφατικό.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου λύσης εκτός εύρους μπορεί να προκαλείται από:
[1] Εκτέλεση της μέτρησης με ανακρίβεια. **[2]** Μολυσμένο ή ληγμένο διάλυμα ελέγχου. **[3]** Ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία του συστήματος. **[4]** Οι κωδικοί μεταξύ του μετρητή και της ταινίας είναι ασύμβατοι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΑΘΕ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΛΕΓΞΤΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΜΙΑ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΑΝ ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ.

Όρια
Για να λάβετε ένα ακριβές αποτέλεσμα της μέτρησης, διαβάστε προσεκτικά τον ακόλουθο περιορισμό.
[1] Μόνο για μία χρήση. Μην χρησιμοποιήσετε ξανά τις ταινίες. **[2]** Μην κάνετε τη μέτρηση κάτω από ισχυρό ηλεκτρονικό πεδίο με παρεμβολές σήματος. **[3]** Μην πραγματοποιήσετε μέτρηση σε νεογνά. **[4]** Η ταινία μέτρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υψόμετρο έως 10.000 πόδια (3048 μέτρα). **[5]** Ο αιματοκρίτης (HCT) θα πρέπει να είναι μεταξύ 30-55%. **[6]** Χρησιμοποιήστε μόνο φρέσκο τριχοειδικό ολικό αίμα από το ακροδάκτυλο.**[7]** Μην χρησιμοποιείτε ορό, πλάσμα ή φλεβικό ολικό αίμα.

Πρόσθετες Πληροφορίες για Επαγγελματίες Υγείας
[1] Παρεμβολές:Ακεταμινοφαίνη, αλλοπουρινόλη, Αμινογόνο, ασκορβικό οξύ, Ακενολόλη, χολερυθρίνη, κρεατινίνης, κολχικίνης, δικλοφενάκη, γλιβεγκλαμίδη, ιβουπροφαίνη, Ινδομεθακκίνη, κετοπροφένη, μετφορμίνη, Μεθυλοντόπα, Σαλικυλική (ασπιρίνη), τετρακυκλίνης, Τολαζαμίδη, Τολβουταμίδη, Γλυκόζη, Τριγλυκερίδια, Χοληστερόλη δεν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα της μέτρησης. Ωστόσο, οι ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις στο αίμα μπορεί να προκαλέσουν ανακριβή αποτελέσματα μετρήσεων. **[2]** Το Γενικοϊκό οξύ σε θεραπευτικά επίπεδα (5 mg/dL) μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της δοκιμής. **[3]** Μειωμένη περιφερική ροή αίματος μπορεί να προκαλέσει ψευδή αποτελέσματα. Π.χ: σοβαρή αφυδάτωση, σε σοκ, ή σε υπεροσμωτική κατάσταση (με ή χωρίς κετοπάθεια), υπόταση. **[4]** Τα επίπεδα χοληστερόλης έως 322 mg/dL (8,34 mmol/L) δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα. **[5]** Το επίπεδο τριγλυκεριδίων πάνω από 1500 mg/dL (16,94 mmol/L) δεν συνιστάται για δοκιμή με ταινίες μέτρησης ουρικού οξέος. **[6]** Τα επίπεδα γλυκόζης έως 503 mg/dL (27,9 mmol/L) δεν έχουν σημαντική παρεμβολή στη μέτρηση ουρικού οξέος. **[7]** Οι ταινίες μέτρησης δεν συνιστώνται για ασθενείς με βαριά ασθένεια.

Ακρίβεια:
Η ακρίβεια της μέτρησης ουρικού οξέος εκτελέστηκε με τριχοειδικό αίμα από το ακροδάχτυλο και σε σύγκριση με τους βαθμονομητές οργάνων αναφοράς, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πρότυπο NIST SRM 913 Standard. Στη συγκέντρωση ουρικού οξέος, το < 5 mg/dL (< 0,30 mmol/L) 95% των αποτελεσμάτων της μέτρησης βρίσκονταν εντός διαστήματος ± 20% σε σύγκριση με το όργανο αναφοράς. Οι τρεις παρτίδες έχουν συντελεστές συσχέτισης (R2) 0,9276, 0,9399 και 0,9309.

Στη συγκέντρωση ουρικού οξέος < 5 mg/dL (<300 µmol/L)

Εντός ± 0.2 mg/dL (± 12 µmol/l)	Εντός ± 0,5 mg/dL (± 30 µmol/l)	Εντός ± 1 mg/dL (± 60 µmol/l)	Εντός ± 1,5 mg/dL (± 90 µmol/l)
66/120 (55%)	113/120 (94,2%)	119/120 (99,2%)	120/120 (100%)

Σε συγκέντρωση ουρικού οξέος ≥ 5 mg/dL (≥300 µmol/L)

Εντός ± 5%	Εντός ± 10%	Εντός ± 15%	Εντός ± 20%
100/195 (51,3%)	165/195 (84,6%)	190/195 (97,4%)	194/195 (99,5%)

Ακρίβεια:
Επαναληψιμότητα:

Μέσος όρος mg/dL (µmol/L)	3,6 (210)	6,5 (380)	9,4 (550)	12,0 (710)	14,9 (880)
SD mg/dL (µmol/l)	0,19 (10)	0,38 (20)	0,55 (30)	0,70 (40)	0,82 (50)
CV (%)	5,4	5,9	5,8	5,9	5,4

Ενδιάμεση ακρίβεια

Μέσος όρος mg/dL (µmol/L)	4,7 (280)	7,1 (420)	11,6 (680)
SD mg/dL (µmol/l)	0,18 (10)	0,30 (20)	0,43 (30)
CV (%)	3,8	4,13	3,73

Σοβαρά περιστατικά πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή και στις εθνικές αρχές.

CZ

Testovací proužky Wellion® LUNA k rozboru kyseliny močové

Pro použití v analyzátorech produktové řady Přístrojů Wellion LUNA určených k měření obsahu kyseliny močové v plné krvi

DŮLEŽITÉ: PROSÍME UŽIVATELE O PROSTUDOVÁNÍ TOHOTO NÁVODU K POUŽITÍ PROUŽKŮ, JAKOŽ I NÁVODU NA POUŽITÍ VAŠEHO PŘÍSTROJE WELLION LUNA PŘEDTÍM, NEŽ POPRVÉ POUŽIJETE TESTOVACÍ PROUŽKY WELLION LUNA KE STANOVENÍ OBSAHU KYSELINY MOČOVÉ VE VAŠÍ KRVI.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ
- Měření obsahu kyseliny močové ve vzorku kapilární plné krve odebraného ze špičky prstu.
- Měřicí přístroj může být používán jak běžnými laickými uživateli, tak školeným zdravotnickým personálem
- K použití výhradně pro diagnostiku in-vitro

PRINCIP TESTOVÁNÍ
- Elektrochemická biosenzorová technologie

CHEMICKÉ SLOŽENÍ TESTOVACÍHO PROUŽKU
- Smáčedlo: celulóza
- Další složky: (stabilizátor pH, povrchově aktivní látka atd.): ≥ 0,01 mg

SKLADOVÁNÍ A SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PROUŽKY
[1] Proužky skladujte při teplotách v rozmezí 4-30°C (39-86°F), spotřebujte do 3 měsíců od prvního otevření nádobky s proužky. **[2]** Proužků se dotýkejte pouze čistými a suchými prsty.**[3]** Po vyjmutí proužku z nádobky tuto okamžitě uzavřete víčkem. **[4]** Použijte proužek k měření okamžitě po jeho vyjmutí z nádobky. **[5]** Zásadně nepoužívejte proužky s prošlou dobou spotřeby. Může se to stát příčinou chybných a zavádějících výsledků měření. **[6]** Nevystavujte proužky přímému slunečnímu záření, vedru nebo vlhkosti. **[7]** Nepoužívejte k uskladnění proužků jiné nádobky než originální, nepřesunujte proužky z originální nádobky do jiné a neskladujte nádobky s proužky v chladničce či mrazáku. **[8]** Testovací proužky neohýbejte, nestříhejte či jinak je nedeformujte

Automatická identifikace proužku
Obraťte se prosím k "Provozním pokynům pro uživatele" pro podrobnější informace

Postup kódování
[1] Vložte do přístroje kódovací proužek **[2]** Číslo kódu a typ testování se zobrazí na obrazovce přístroje. **[3]** Ujistěte se, že kódy zobrazené na displeji přístroje, kódovacím proužku a popisce nádobky s proužky jsou totožné. **[4]** Ujistěte se, že na obrazovce přístroje se zobrazuje správný typu testování "UA"

Jak provést měření
[1] Vyjměte z nádobky testovací proužek **[2]** O kamžitě uzavřete nádobku s proužky jejím víčkem. **[3]** Vložte testovací proužek do přístroje **[4]** kontrolujte, zda displej přístroje zobrazuje správný kód. **[5]** Lancetou vytvořte na špičce prstu vzorek/ kapku krve. **[6]** Do krevního vzorku ponořte testovací proužek stranou, kde je vidět nasávací kapilára. **[7]** Výsledek testování se po chvíle odpočítávání objeví na obrazovce přístroje. **[8]** Použité testovací proužky vyjměte z přístroje a spolu s opotřebovanými lancetami je ukládejte do příslušného odpadového kontejneru. O bratře se prosím k "Provozním pokynům pro uživatele" pro podrobnější informace o správném provádění likvidace odpadů.

DŮLEŽITÉ: PROSÍME, ABYSTE (PŘED VLASTNÍM ODBĚREM KREVNÍHO VZORKU) DŮKLADNĚ (NEJLÉPE 2X) ZKONTROLOVALI SPRÁVNOST NASTAVENÍ TYPU TESTOVÁNÍ NA OBRAZOVCE PŘÍSTROJE.

Výsledky testování/měření
Rozsah měření/měřitelných hodnot: 3-20 mg/dL (180-1.190 µmol/L)
[1] Rozsah naměřených hodnot u zdravého muže: 3,4-7,0 mg/dL (200-420 µmol/L) Stejný rozsah hodnot pro zdravou ženu činí: 2,4-6,0 mg/dL (140-360 µmol/L) (Výše uvedené rozsahy jsou uváděny pouze jako orientační) **[2]** Pokud se na obrazovce přístroje objeví symbol "Lo", může to znamenat, že obsah kyseliny močové v krvi je pod hranicí 3 mg/dL (180 µmol/L). **[3]** Pokud se na obrazovce přístroje objeví symbol "Hi", může to znamenat, že obsah kyseliny močové v krvi je nad hranicí 20 mg/dL (1.190 µmol/L).

Pokud naměřené hodnoty, ať již neobvykle nízké či vysoké, neopovídají tomu, jak se sami cítíte, zkontrolujte, prosím, níže uvedené údaje/aspekty a zopakujte test s novým proužkem při důkladném dodržení správného postupu testování.
[1] Proužky nejsou prošlé z hlediska záruční doby. **[2]** Přístroj byl správně nakódován a číslo kódu na obrazovce přístroje a číslo kódu na nádobce s proužky je stejné. **[3]** Přístroj i proužky fungují správně. **[4]** Krevní vzorek byl reagenčním políčkem zcela pokryt v dostatečném objemu nasát.
Pokud, po předchozí kontrole správného postupu testování I použitého materiálu, stále máte pocit, že je něco v nepořádku, obraťte se, prosím, na svého lékaře nebo kontaktujte autorizovaného distributora výrobce.

DŮLEŽITÉ: V KONTEXTU VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ BĚŽNÝMI UŽIVATELI - VELMI DOPORUČUJEME NEČINIT SAMOSTATNÉ ŽÁDNÁ VLASTNÍ ROZHODNUTÍ VE VĚCI VLASTNÍHO ZDRAVÍ/ LÉČBY BEZ KONZULTACE S VAŠÍM ODBORNÝM LÉKAŘEM.
UPOZORŇUJEME, ŽE V PROVOZU PŘÍSTROJE WELLION LUNA NELZE POUŽÍVAT TESTOVACÍ PROUŽKY JINÝCH VÝROBCŮ. MOŽNÉ BIOLOGICKÉ OHROŽENÍ. NESDÍLEJTE PROUŽKY I LANCETY S NIKÝM JINÝM. POUŽITÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL LIKVIDUJTE SAMOSTATNĚ, BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM K PREVENCI PŘÍPADNÉHO PŘENOSU INFEKCÍ

Kontrolní test kalibračním roztokem
Kontrola správnosti měření se u přístroje provádí za pomoci kalibračního roztoku, který má definované vlastnosti a charakteristiku. Stanoví-li přístroj analýzou tyto definované hodnoty správné, je systém funkčně v pořádku. (kalibrační roztok není součástí základní dodávky měřicího přístroje, nutno objednat u autorizovaného distributora)
K ontrolní test by měl být proveden:
[1] Když měřicí systém nepracuje správně. **[2]** Když naměřené hodnoty jsou neobvykle nebo nekonzistentní.

Nestandardní výsledky testování systému kalibračním roztokem mohou být způsobeny:
[1] Nesprávným provedením testu. **[2]** Kontaminací nebo prošlou záruční dobou kalibračního roztoku. **[3]** Fyzickým opotřebením či selháním systému. **[4]** Existuje neshoda mezi kódy použitého proužku a kódem, který používá přístroj.

DŮLEŽITÉ: KAŽDÉ BALENÍ/VÝROBNÍ SÉRIE PROUŽKŮ MŮŽE VYKAZOVAT JINÝ ROZSAH VÝSLEDKŮ KALIBRAČNÍCH MĚŘENÍ. TÉTO SKUTEČNOSTI VĚNUJTE POZORNOST, KDYKOLI PROVÁDÍTE KONTROLU SPRÁVNOSTI MĚŘENÍ PŘÍSTROJE. NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ, POKUD TENTO PŘÍ KALIBRACI OPAKOVANĚ POSKYTUJE NEKONZISTENTNÍ VÝSLEDKY MĚŘENÍ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE OBRAŤTE S ŽÁDOSTÍ O POMOC NA PŘÍSLUŠNÉHO AUTORIZOVANÉHO DISTRIBUTORA.

Omezení užití systému
Prosíme o pečlivé prostudování následujících omezujících doporučení, určených k zajištění přesných výsledků měření.
[1] Každý proužek je určen jen pro jedno měření. Nepoužívejte stejný proužek vícekrát. **[2]** Neprovádějte měření v blízkosti zdroje silného, rušivého elektronického či elektromagnetického pole. **[3]** Nepoužívejte přístroj k testování novorozenců. **[4]** Testovací proužky l

Precisione intermedia

Significato mg/dL (µmol/L)	4,7 (280)	7,1 (420)	11,6 (680)
SD mg/dL (µmol/l)	0,18 (10)	0,30 (20)	0,43 (30)
CV (%)	3,8	4,13	3,73

Gli incidenti gravi devono essere segnalati al produttore e alle autorità nazionali.

W612UAKOMBI 20240808

SE

Wellion® LUNA urinsyrateststickor

För användning med Wellion LUNA mätar-serien för att testa urinsyrakoncentration i kapillärt helblod.

VIKTIGT: LÄS IGENOM DENNA BRUKSANVISNING OCH ANVÄNDARHANDBOK FÖR WELLION LUNA-SERIENS ÖVERVAKNINGSSYSTEM INNAN DU ANVÄNDER WELLION URINSYRATESTSTICKOR FÖR ATT TESTA DIN URINSYRA.

AVSEDD ANVÄNDNING
- Mätning av syrahalten i kapillärt helblod från fingertoppen.
- Mätaren kan användas av både privatpersoner och vårdpersonal.
- Endast för in vitro-diagnostisk användning.

TESTPRINCIP
- Elektrokemisk biosensorteknik.

KEMISK SAMMANSÄTTNING AV TESTSTICKAN
- Vätmedel: cellulosa
- Andra aktiva substanser (buffert, ytaktivt medel etc.): ≥ 0,01 mg

LAGRING OCH HANDHAVANDE
[1] Förvara teststickorna i rumstemperatur mellan 4 och 30° C (39-86° F). Använd teststickorna inom 3 månader efter första öppningsdag. [2] Vidrör teststickan enbart med rena och torra händer. [3] Stäng teststicksburken omedelbart efter användning [4] Använd teststickan omedelbart efter att du har tagit ur den från burken. [5] Använd inte teststickor med utgånget datum. Det kan leda till fel mätresultat. [6] Utsätt inte teststickorna för hög luftfuktighet, direkt solljus eller värme. [7] Teststickorna får inte ompaketeras, kylas eller frysas. [8] Teststickorna får inte böjas, klippas eller vikas.

Automatisk igenkänning av teststicka
Vänligen läs bruksanvisningen för ytterligare information

Kodningsprocedur
[1] Sätt i kodteststickan [2] Kodnummer och testläge visas på displayen [3] Kontrollera att koderna på displayen / kodstickan och etiketten är desamma. [4] Kontrollera att testläget längst upp på displayen visar "UA".

Hur man utför ett test
[1] Tag en teststicka [2] Återförslut burken omedelbart [3] Sätt i teststicka [4] Kontrollera att koden är korrekt [5] Använd blodprovstagaren med lansett för att sticka hål på ett finger [6] Vidrör blodsdroppen med teststickan. [7] Efter nedräkning kommer resultatet att visas. [8] Kassera teststicka och lansett enligt lokala föreskrifter
Ytterligare detaljerad information om testproceduren finns i bruksanvisningen.

VIKTIGT: VÄNLIGEN DUBBELKONTROLLERA TESTLÄGET INNAN TESTET PÅBÖRJAS.

Testresultat
Mätintervall: 3-20 mg/dL (180-1.190 µmol/L)
[1] Normal intervall för en frisk man: 3,4-7,0 mg/dL (200-420 µmol/L) Normal intervall för en frisk kvinna: 2,4-6,0 mg/dL (140-360 µmol/L) (Intervallet tjänar endast som referens.) [2] Om "Lo" visas på mätaren kan din urinsyra vara under 3 mg/dL (180 µmol/L).[3] Om "Hi" visas på mätaren kan din urinsyra vara över 20 mg/dL (1.190 µmol/L).

Om testresultatet är ovanligt högt eller lågt, eller om det inte överensstämmer med hur du mår, upprepa provet med en ny teststicka först och se till att följa instruktionerna noggrant.
[1] Om teststickorna ej är utgångna. [2] Mätaren kodades korrekt och kodnumret matchar teststicken. [3] Mätare och teststickor fungerar korrekt. [4] Blodprovet har fyllt teststickans reaktionszon helt och hållet
Om du fortfarande har tvivel beträffande testresultatet, kontakta sjukvårdspersonal eller auktoriserad återförsäljare.

VIKTIGT: VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRDPERSONAL INNAN DU FATTAR EGNA MEDICINSKA BESLUT BASERAT PÅ TESTRESULTATEN.
TESTSTICKOR FRÅN ANDRA TILLVERKARE ÄR INTE KOMPATIBLA MED WELLION LUNA-MÄTAREN
POTENTIELL BIOLOGISK RISK. ANVÄNDA TESTMATERIAL KAN VARA SMITTKÄLLOR. VAR SÄRSKILT FÖRSIKTIG NÄR SYSTEMET ANVÄNDS AV FLERA ANVÄNDARE.

Kontrolllösningstest
Kontrolllösning används för att kontrollera systemets prestanda. Om testresultatet för kontrolllösningen faller inom det område som anges på etiketten för teststicksburken, fungerar systemet ordentligt. Kontrolllösning ingår ej i förpackningen. Kontakta en auktoriserad distributör för inköp.
Ett kontrolllösningstest ska genomföras:
[1] Om systemet inte fungerar ordentligt. [2] Om testresultatet är ovanligt eller inkonsekvent.

Testresultatet utanför mätområdet kan orsakas av:
[1] Testet är fel utfört. [2] Kontrolllösningen är förorenad eller har passerat bäst-före [3] Systemstörning eller funktionsfel. [4] Koderna på mätaren och teststickan stämmer inte överens.

VIKTIGT: VARJE FLASKA KONTROLLÖSNING KAN HA OLIKA KONTROLLINTERVALL. VAR GOD KONTROLLERA VARJE GÅNG DU UTFÖR ETT KONTROLLLÖSNINGSTEST. ANVÄND INTE SYSTEMET OM KONTROLLLÖSNINGSTESTEN FORTSÄTTER VISA FELAKTIGA RESULTAT. VÄNLIGEN KONTAKTA AUKTORISERAD DISTRIBUTÖR FÖR HJÄLP.

Restriktioner
Observera följande begränsningar för att få exakta resultat.
[1] Endast för engångsbruk. Återanvänd inte teststickorna. [2] Utför inte testet i starka elektroniska fält med signalinterferens. [3] Utför inte testet på nyfödda. [4] Teststickan kan användas på altituder upp till 3048 meter (10.000 fot) [5] Hematokritvärdet (EVF-värden) bör vara mellan 30-55%. [6] Använd endast färskt kapillärt helblod från fingertopparna. [7] Använd varken serum, plasma eller venöst helblod.

Ytterligare information för vårdpersonal
[1] Interferenser: Acetaminofen, Allopurinol, Amiloridhydroklorid, Askorbinsyra, Atenolol, Bilirubin, Kreatinin, Kolchicin, Diklofenak, Glibenklamid, Ibuprofen, Indometacin, Ketoprofen, Metformin, Metyldopa, Salicylat (Aspirin), Tetracyklin, Tolazamid, Tolbutamid, Glukos, Triglyceride, Kolesterol påverkar inte testresultaten avsevärt. Dock kan onormalt höga koncentrationer i blodet orsaka felaktiga testresultat. [2] Gentisinsyra i terapeutiska nivåer (5 mg/dL) kan påverka testresultatet. [3] Minskat perifert blodflöde kan orsaka felaktiga resultat. Ex: svår uttorkning, chock eller i hyperosmolärt tillstånd (med eller utan ketos), hypotoni. [4] Kolesterolhalt upp till 322 mg/dL (8,34 mmol/L) påverkar inte resultaten [5] Triglyceridnivåer över 1500 mg/dL (16,94 mmol/L) rekommenderas inte för test med urinsyrateststickor. [6] En glukosnivå upp till 503 mg/dL (27,9 mmol/L) har ingen signifikant försämring på urinsyranivån. [7] Teststickorna rekommenderas inte för allvarligt sjuka patienter.

Noggrannhet:
Noggrannheten av urinsyra-testet utfördes med kapillärfingerblod och jämfördes med referensinstrumentkalibratorer, vilka hänvisades till NIST SRM 913 Standard. Vid urinsyrakoncentration <5 mg/dL (<0,30 mmol/L) faller 95% av testresultaten inom ± 20% biasintervall jämfört med referensinstrumentet. De tre delarna har korrelationskoefficienter (R2) av 0,9276, 0,9399 och 0,9309.

Urinsyrakoncentration <5 mg/dL (<300 µmol/L).

inom ± 0.2 mg/dL (± 12 µmol/l)	inom ± 0,5 mg/dL (± 30 µmol/l)	inom ± 1 mg/dL (± 60 µmol/l)	inom ± 1,5 mg/dL (± 90 µmol/l)
66/120 (55%)	113/120 (94,2%)	119/120 (99,2%)	120/120 (100%)

Urinsyrakoncentration ≥5 mg/dL (≥300 µmol/L)

inom ± 5%	inom ± 10%	inom ± 15%	inom ± 20%
100/195 (51,3%)	165/195 (84,6%)	190/195 (97,4%)	194/195 (99,5%)

Precision:
Repeterbarhet:

Betyder mg/dL (µmol/L)	3,6 (210)	6,5 (380)	9,4 (550)	12,0 (710)	14,9 (880)
SD mg/dL (µmol/l)	0,19 (10)	0,38 (20)	0,55 (30)	0,70 (40)	0,82 (50)
CV (%)	5,4	5,9	5,8	5,9	5,4

Mellanliggande precision

Betyder mg/dL (µmol/L)	4,7 (280)	7,1 (420)	11,6 (680)
SD mg/dL (µmol/l)	0,18 (10)	0,30 (20)	0,43 (30)
CV (%)	3,8	4,13	3,73

Allvarliga incidenter måste rapporteras till tillverkaren och till nationella myndigheter.

FR

Bandelettes réactives pour la mesure de l'uricémie Wellion® LUNA

À utiliser avec un lecteur de la série Wellion LUNA pour déterminer la concentration en acide urique dans le sang total capillaire.

IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET VOTRE MANUEL D'UTILISATION DU LECTEUR WELLION LUNA AVANT D'UTILISER LES BANDELETTES RÉACTIVES POUR LA MESURE DE L'URICÉMIE WELLION LUNA.
UTILISATION PRÉVUE
- Mesure de l'acide urique dans le sang total capillaire du bout des doigts.
- Le lecteur peut être utilisé aussi bien par des patients que des professionnels de santé.
- Pour usage diagnostic in vitro uniquement.

PRINCIPE DU TEST
- Technologie de biocapteur électrochimique.

COMPOSITION CHIMIQUE DE LA BANDELETTE RÉACTIVE
- Agent mouillant: cellulose
- Autres ingrédients (tampon, surfactant, etc.) : ≥ 0,01 mg

STOCKAGE ET MANIPULATION
[1] Conservez les bandelettes réactives entre 4 et 30 ° C et utilisez-les dans les 3 mois suivant la première ouverture. [2] Manipulez les bandelettes réactives avec des mains propres et sèches. [3] Rebouchez le flacon de bandelettes réactives immédiatement après utilisation. [4] Utilisez la bandelette réactive immédiatement après l'avoir retirée du flacon. [5] Ne pas utiliser de bandelettes réactives périmées. Cela pourrait conduire à des résultats de mesure erronés. [6] N'exposez pas les bandelettes réactives à une humidité élevée, à la lumière directe du soleil ou à la chaleur. [7] Les bandelettes réactives ne doivent pas être reconditionnées, changées de flacon, réfrigérées ou congelées. [8] Les bandelettes réactives ne doivent pas être courbées, coupées ou pliées.

Détection automatique des bandelettes réactives
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Procédure de codage
[1] Insérer la bandelette de code. [2] Le code et le mode de test sont affichés à l'écran. [3] Assurez-vous que le code sur l'écran, la bandelette de code et le code indiqué sur l'étiquette du flacon soient les mêmes. [4] Assurez-vous que le mode de test en haut de l'écran indique «UA».

Comment effectuer le test
[1] Prenez une bandelette réactive. [2] Refermez le flacon immédiatement. [3] Insérez la bandelette. [4] Assurez-vous que le code soit correct. [5] Prélevez l'échantillon de sang avec une lancette. [6] Déposer l'échantillon de sang sur la bandelette réactive. [7] Le résultat s'affiche après le compte à rebours. [8] Éliminez la bandelette réactive et la lancette usagées conformément aux réglementations locales.
Pour de plus amples informations sur la procédure de test, référez-vous au manuel d'utilisation.

IMPORTANT: VEUILLEZ VÉRIFIER LE MODE DE TEST AVANT DE COMMENCER LE TEST.

Résultats du test
Intervalle de mesure: 3-20 mg/dL (180-1.190 µmol/L)
[1] Intervalle normal pour un homme en bonne santé: 3,4-7,0 mg/dL (200-420 µmol/L). Intervalle normal pour une femme en bonne santé: 2,4-6,0 mg/dL (140-360 µmol/L). (L'intervalle est seulement une référence) [2] Si «Lo» est affiché sur le lecteur, votre niveau d'acide urique peut être inférieur à 3 mg/dL (180 µmol/L). [3] Si «Hi» est affiché sur le lecteur, votre niveau d'acide urique peut être supérieur à 20 mg/dL (1.190 µmol/L).

Si le résultat du test est inhabituellement faible, élevé ou incohérent avec votre ressenti, veuillez vérifier les points suivants, puis répétez le test avec une nouvelle bandelette réactive en suivant attentivement les instructions.
[1] Les bandelettes réactives ne sont pas périmées. [2] Le lecteur a été codé correctement et le numéro de code correspond à celui de la bandelette réactive. [3] Le lecteur et les bandelettes réactives fonctionnent correctement. [4] L'échantillon de sang a suffisamment rempli la zone de réaction de la bandelette réactive.
Si vous avez encore des doutes sur le résultat du test, consultez votre professionnel de santé ou contactez votre distributeur.

IMPORTANT: VEUILLEZ CONTACTER VOTRE PROFESSIONNEL DE SANTÉ AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION MÉDICALE BASÉE SUR LES RÉSULTATS DU TEST.
LES BANDELETTES RÉACTIVES D'AUTRES MARQUES NE SONT PAS COMPATIBLES AVEC LE LECTEUR WELLION LUNA.
DANGER BIOLOGIQUE POSSIBLE. LE MATÉRIEL DE TEST UTILISÉ POURRAIT ÊTRE UNE SOURCE D'INFECTION. FAITES ATTENTION, SURTOUT SI LE SYSTÈME EST UTILISÉ PAR PLUSIEURS UTILISATEURS.

Test de solution de contrôle
La solution de contrôle est utilisée pour vérifier les performances du système. Si le résultat du test de la solution de contrôle se situe dans l'intervalle indiqué sur l'étiquette du flacon de bandelettes réactives, le système fonctionne correctement. La solution de contrôle n'est pas incluse dans le système. Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir la solution de contrôle.
Un test de contrôle doit être effectué:
[1] Si le système ne fonctionne pas correctement. [2] Si le résultat du test est inhabituel ou incohérent.

Les résultats des tests avec la solution de contrôle en dehors de l'intervalle peuvent se vérifier quand:
[1] Le test a été mal effectué. [2] La solution de contrôle est contaminée ou a expirée. [3] Détérioration ou dysfonctionnement du système. [4] Les codes sur le lecteur et sur la boîte de bandelettes réactives ne correspondent pas.

IMPORTANT: CHAQUE FLACON DE BANDELETTES PEUT AVOIR UNE PLAGE DE CONTRÔLE DIFFÉRENTE. VÉRIFIEZ TOUJOURS LORSQUE VOUS EFFECTUEZ UN TEST DE SOLUTION DE CONTRÔLE. N'UTILISEZ PAS LE SYSTÈME SI LES RÉSULTATS DU TEST DE LA SOLUTION DE CONTRÔLE SONT INCORRECTS. VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR POUR OBTENIR DE L'AIDE.

Limites
Veuillez noter les restrictions suivantes pour obtenir des résultats précis.
[1] Usage unique. Ne pas réutiliser les bandelettes réactives. [2] Ne pas effectuer le test dans des champs électroniques puissants avec des risques d'interférences. [3] Ne pas effectuer le test sur les nouveau-nés. [4] Les bandelettes réactives peuvent être utilisées jusqu'à une altitude maximale de 3048 mètres. [5] L'hématocrite (Ht) devrait être compris entre 30 et 55%. [6] Utilisez uniquement du sang total capillaire frais du bout des doigts. [7] N'utilisez pas de sérum, de plasma ou de sang total veineux.

Informations complémentaires pour les professionnels de santé
[1] Interférences: l'Acétaminophène, l'Allopurinol, l'Amiloride, l'Acide ascorbique, l'Aténolol, la Bilirubine, la Créatinine, la Colchicine, le Diclofénac, le Glibenclamide, l'Ibuprofène, l'Indométacine, le Kétoprofène, la Metformine, la Méthyldopa, l'Acide salicylique (Aspirine), la Tétracycline, la Tolazamide, le Tolbutamide, le Glucose, les Triglycérides, le Cholestérol n'affectent pas les résultats de manière significative. Cependant, des concentrations anormalement élevées dans le sang peuvent conduire à des résultats de test inexacts. [2] L'acide gentisique à des niveaux thérapeutiques (5 mg/dL) peut affecter le résultat du test. [3] Une diminution du débit sanguin périphérique pourrait entraîner de faux résultats. Par exemple: déshydratation sévère, état de choc, état hyperosmolaire (avec ou sans cétose) ou hypotension. [4] Des taux de cholestérol supérieurs à 322 mg/dL n'affectent pas les résultats du test. [5] Des taux de triglycérides supérieurs à 1500 mg/dL ne sont pas recommandés pour les tests de mesure de l'acide urique avec bandelettes réactives. [6] Un taux de glucose allant jusqu'à 503 mg/dL n'altère pas de manière significative le taux d'acide urique. [7] Les bandelettes réactives ne sont pas recommandées pour les patients gravement malades.

Précision:
La précision de la mesure de l'acide urique a été réalisée avec du sang capillaire prélevé au niveau du doigt et comparée à des étalons de référence basés sur la norme NIST SRM 913. À une concentration d'acide urique <5 mg/dL, 95% des résultats des tests se situent dans un intervalle de polarisation de ± 20% par rapport à l'instrument de référence. Les trois lots ont des coefficients de corrélation (R2) de 0,9276, 0,9399 et 0,9309.

À une concentration d'acide urique <5 mg/dL (<300 µmol/L)

Dans ± 0.2 mg/dL (± 12 µmol/l)	Dans ± 0,5 mg/dL (± 30 µmol/l)	Dans ± 1 mg/dL (± 60 µmol/l)	Dans ± 1,5 mg/dL (± 90 µmol/l)
66/120 (55%)	113/120 (94,2%)	119/120 (99,2%)	120/120 (100%)

À une concentration d'acide urique ≥5 mg/dL (≥300 µmol/L)

Dans ± 5%	Dans ± 10%	Dans ± 15%	Dans ± 20%
100/195 (51,3%)	165/195 (84,6%)	190/195 (97,4%)	194/195 (99,5%)

Précision:
Répétabilité:

Signification mg/dL (µmol/L)	3,6 (210)	6,5 (380)	9,4 (550)	12,0 (710)	14,9 (880)
Écart-type mg/dL (µmol/l)	0,19 (10)	0,38 (20)	0,55 (30)	0,70 (40)	0,82 (50)
CV (%)	5,4	5,9	5,8	5,9	5,4

Précision intermédiaire

Signification mg/dL (µmol/L)	4,7 (280)	7,1 (420)	11,6 (680)
Écart-type mg/dL (µmol/l)	0,18 (10)	0,30 (20)	0,43 (30)
CV (%)	3,8	4,13	3,73

Les incidents graves doivent être signalés auprès du fabricant et des autorités nationales.

SRB

Wellion® LUNA test trake za mokraćnu kiselinu

Za upotrebu sa meračem Wellion LUNA za određivanje koncentracije mokraćne kiseline u punoj kapilarnoj krvi.

VAŽNO : MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ PRIRUČNIK I PRIRUČNIK VAŠEG MERAČA WELLION LUNA, PRE NEGO ŠTO PRISTUPITE MERENJU MOKRAĆNE KISELINE POMOĆU TEST TRAKA ZA ISPITIVANJE MOKRAĆNE KISELINE.

NAMENA
- Merenje mokraćne kiseline u kapilarnoj krvi iz jagodice prsta.
- Merač se može koristiti i od strane laika, kao i od strane zdravstvenih radnika.
- Samo za in vitro dijagnostičku upotrebu.

METOD ISPITIVANJA
- Elektrohemijska tehnologija biosenzora.

HEMIJSKI SASTAV TEST TRAKE
- Sredstvo za vlaženje: celuloza
- Ostale aktivne komponente (pufer, surfaktant, itd.): ≥ 0.01 mg

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE
[1] Čuvajte test trake na sobnoj temperaturi između 4 i 30° C (39-86° F). Trake iskoristite 3 meseca od prvog otvaranja. [2] Rukujte trakama samo čistim i suvim rukama. [3] Nakon upotrebe odmah zatvorite bočicu sa test trakama. [4] Koristite traku odmah nakon što je izvadite iz bočice za test trake. [5] Nemojte koristiti trake sa isteklim rokom trajanja. To može dovesti do pogrešnih rezultata merenja. [6] Test trake nemojte izlagati visokoj vlažnosti, direktnoj sunčevoj svetlosti ili toploti. [7] Trake se ne smeju prepakivati, hladiti ili zamrzavati. Nemojte menjati bočicu sa test trakama. [8] Trake se ne smeju savijati, rezati ili presavijati.

Automatsko prepoznavanje trake
Više informacija se može naći u uputstvu za upotrebu.

Postupak kodiranja
[1] Ubacite kodnu traku [2] Kodni broj i režim testiranja prikazani su na ekranu [3] Proverite da li se podudaraju kodovi na ekranu/kodnoj traci/bočici [4] Uverite se da režim merenja na vrhu ekrana prikazuje „UA".

Sprovođenje merenja
[1] Uzmite traku [2] Odmah zatvorite bočicu [3] Ubacite traku [4] Proverite da li je kod ispravan [5] Uzmite uzorak krvi lancetom [6] Dodirnite krv trakom [7] Rezultat se prikazuje nakon odbrojavanja [8] Odložite iskorišćenu traku i lancetu u skladu s lokalnim propisima.
Detaljnije informacije o postupku merenja nalaze se u uputstvu za upotrebu

VAŽNO: PRE POČETKA MERENJA PROVERITE REŽIM MERENJA (MOD)

Rezultati merenja
Opseg merenja: 3-20 mg/dL (180-1.190 µmol/L)
[1] Normalne vrednosti za zdravog muškarca su: 3,4-7,0 mg/dL (200-420 µmol/L) Normalne vrednosti za zdravu ženu su: 2,4-6,0 mg/dL (140-360 µmol/L) (opseg je samo referenca.) [2] Ako se na meraču prikaže „Lo", vaša mokraćna kiselina može biti ispod 3 mg/dL (180 µmol/L). [3] Ako se na meraču prikaže „Hi", vaša mokraćna kiselina može biti iznad 20 mg/dL (1.190 µmol/L).

Ako je rezultat testa neuobičajeno visok ili nizak, ili ako ne odgovara vašem stanju, ponovite test sa novim uzorkom, pazeći da pažljivo sledite uputstvo.
[1] Rok trajanja test trake nije istekao. [2] Merač je ispravno kodiran i kod odgovara test traci. [3] Uređaj i trake ispravno rade. [4] Uzorak krvi je ispunio celu zonu reakcije test trake.
Ako još uvek niste sigurni u rezultat testa, obratite se vašem lekaru ili ovlašćenom distributeru.

VAŽNO: OBRATITE SE VAŠEM LEKARU PRE DONOŠENJA BILO KAKVIH MEDICINSKIH ODLUKA NA OSNOVU DOBIJENIH REZULTATA TESTIRANJA.
TEST TRAKE DRUGIH BRENDOVA SE NE MOGU KORISTI SA WELLION LUNA MERAČEM.
POTENCIJALNA BIOLOŠKA OPASNOST. ISKORIŠĆENI MATERIJALI MOGU BITI IZVORI INFEKCIJE, POSEBNO BUDITE OPREZNI KADA SISTEM KORISTI VIŠE KORISNIKA.

Test sa kontrolnim rastvorom
Kontrolni rastvor se koristi za proveru rada sistema. Ako je rezultat ispitivanja sa kontrolnim rastvorom unutar opsega navedenog na nalepnici bočice sa trakama, sistem radi ispravno. Kontrolni rastvor se ne nalazi u setu. Kontaktirajte ovlašćenog distributera za kupovinu.
Kontrolno ispitivanje treba sprovesti:
[1] Ako sistem ne radi ispravno. [2] Ako je rezultat testa neobičan ili kontradiktoran.

Rezultati testiranja kontrolnim rastvorom mogu biti izvan opsega jer je:
[1] Nepravilno izvedeno testiranje. [2] Kontrolni rastvor kontaminiran ili mu je istekao rok trajanja. [3] Neispravan sistem ili postoji kvar. [4] Kod na uređaju i kod na bočici za test trake se ne poklapaju.

VAŽNO: SVAKA BOČICA SA TRAKICAMA MOŽE IMATI RAZLIČITI KONTROLNI OPSEG. MOLIMO VAS DA PROVERITE SVAKI PUT KADA OBAVITE TEST SA KONTROLNIM RASTVOROM. NEMOJTE KORISTITI SISTEM AKO TESTOVI SA KONTROLNIM RASTVOROM KONTINUIRANO POKAZUJU POGREŠAN REZULTAT. ZA POMOĆ SE OBRATITE OVLAŠĆENOM DISTRIBUTERU.

Ograničenja
Imajte na umu sledeća ograničenja kako biste dobili tačne rezultate.
[1] Namenjen samo za jednokratnu upotrebu. Nemojte koristiti test trake više puta. [2] Ne sprovodite merenje na jakim elektronskim poljima sa smetnjama signala. [3] Ne sprovodite merenje na novorođenčadi [4] Test trake se mogu koristiti do visine od 10.000 stopa (3048 metara). [5] Hematokrit (Hct) bi trebao biti između 30-55%. [6] Koristite svežu kapilarnu punu krv iz jagodice prsta. [7] Nemojte koristiti punu vensku krv, serum ili plazmu.

Dodatne informacije za zdravstvene radnike
[1] Interferencije: acetaminofen, alopurinol, amilorid, askorbinska kiselina, atenolol, bilirubin, kreatinin, kolhicin, diklofenak, glibenklamid, ibuprofen, indometacin, ketoprofen, metformin, metildopa, salicilati (aspirin), tetraciklini, tolazamid, tolbutamid, glukoza, triglyceridi, holesterol ne utiču značajno na rezultate. Međutim, abnormalno visoke koncentracije u krvi mogu dovesti do netačnih rezultata ispitivanja. [2] Gentizinska kiselina u terapeutskim vrednostima (5 mg/dL) može uticati na rezultat testa. [3] Smanjeni periferni protok krvi može dovesti do lažnih rezultata, npr. teška dehidracija, u šoku ili u hiperosmolarnom stanju (sa ili bez ketoze), hipotenzija. [4] Holesterol do 322 mg/dL (8,34 mmol/L) ne utiče na rezultate ispitivanja. [5] Vrednosti triglicerida veće od 1500 mg/dL (16,94 mmol/L) ne preporučuju se za testove sa test trakama za mokraćnu kiselinu. [6] Vrednost glukoze do 503 mg/dL (27,9 mmol/L) nema značajnog uticaja na vrednost mokraćne kiseline [7] Test trake se ne preporučuju za kritično bolesne pacijente.

Tačnost:
Tačnost merenja mokraćne kiseline u kapilarnoj krvi testirana je i upoređena s referentnim kalibratorima na osnovu standarda NIST SRM 913. Pri koncentraciji mokraćne kiseline <5 mg/dL (<0,30 mmol/L), 95% rezultata testa je bilo unutar ± 20% intervala odstupanja u poređenju sa referentnim uređajima. Tri serije imaju koeficijente korelacije (R2) od 0.9276, 0.9399 i 0.9309

Koncentracija mokraćne kiseline <5 mg/dL (<300 µmol/L)

Unutar ± 0.2 mg/dL (± 12 µmol/l)	Unutar ± 0,5 mg/dL (± 30 µmol/l)	Unutar ± 1 mg/dL (± 60 µmol/l)	Unutar ± 1,5 mg/dL (± 90 µmol/l)
66/120 (55%)	113/120 (94,2%)	119/120 (99,2%)	120/120 (100%)

Koncentracija mokraćne kiseline ≥5 mg/dL (≥300 µmol/L)

Unutar ± 5%	Unutar ± 10%	Unutar ± 15%	Unutar ± 20%
100/195 (51,3%)	165/195 (84,6%)	190/195 (97,4%)	194/195 (99,5%)

Preciznost:
Ponovljivost:

Srednja vrednost mg/dL (µmol/L)	3,6 (210)	6,5 (380)	9,4 (550)	12,0 (710)	14,9 (880)
SD mg/dL (µmol/l)	0,19 (10)	0,38 (20)	0,55 (30)	0,70 (40)	0,82 (50)
CV (%)	5,4	5,9	5,8	5,9	5,4

Srednja preciznost:

Srednja vrednost mg/dL (µmol/L)	4,7 (280)	7,1 (420)	11,6 (680)
SD mg/dL (µmol/l)	0,18 (10)	0,30 (20)	0,43 (30)
CV (%)	3,8	4,13	3,73

Ozbiljni incidenti moraju biti prijavljeni proizvođaču i nacionalnim vlastima.

TR

Wellion® LUNA Ürik Asit Test Şeritleri

Wellion Luna serisi ölçüm cihazlarında, Ürik asit miktarını kapiller kanın ölçümünde kullanmak içindir.

ÖNEMLİ: WELLION URİK ASİT TEST ŞERİTLERİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU TALİMATI VE WELLION LUNA SERİSİ MONİTÖRİNG SİSTEMİNİN KULLANICI KILAVUZUNU OKUYUN.

AMAÇ
- Parmaktan alınan kapiler tam kan ile ürik asit seviyesini ölçmek.
- Cihaz, halk tarafından veya sağlık profesyonelleri tarafından kullanılabilir.
- Sadece in vitro tanı kullanımı.

TESTİN İLKESİ
- Elektrokimyasal biyosensör teknolojisi.

ŞERİTİN KİMYASAL BİLEŞİMİ
- Islaklaştırıcı madde: selüloz
- DİĞER BİLEŞENLER (TAMPAN, YÜZEY AKTİF MADDE VB.): ≥ 0,01 MG

SACEN VE KULLANIM
[1] Şeritleri 4-30°C (39-86°F) arasında saklayın, ilk açılıştan sonra 3 ay içinde kullanın. [2] Şeritleri kuru ve temiz bir el ile tutun. [3] Kullanımdan hemen sonra şerit vialini kapatın. [4] Vialden çıkarıldıktan sonra şeridi hemen kullanın. [5] Süresi dolmuş şeritleri kullanmayın. Yanlış sonuçlara neden olabilir. [6] Şeritleri doğrudan güneş ışığına, ısıya veya nemli bir ortama maruz bırakmayın. [7] Şeritleri yeniden paketlemeyin, viali değiştirmeyin, buzdolabında saklamayın veya dondurmayın. [8] Şeridi bükmeyin, kesmeyin veya katlamayın.

Otomatik Şerit Tanıma
Daha fazla bilgi için Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.

Kodlama Prosedürü
[1] Kod şeridini takın. [2] Kod numarası ve test modu ekranda görüntülenecektir. [3] Ekrandaki kodun, kod şeridinin ve şerit vial etiketinin aynı olduğundan emin olun. [4] Ekranın üst kısmında test modunun "UA" olduğunu kontrol edin.

TESTİ NASIL YAPILIR
[1] Bir şerit alın. [2] Şerit vialini hemen kapatın. [3] Şeridi takın. [4] Kodun doğru olduğundan emin olun. [5] Lanset cihazı ile kan örneğini alın. [6] Kan örneğini şerit ile temas ettirin. [7] Sonuç geri sayımın ardından gösterilecektir. [8] Kullanılmış şeridi ve lanceti atık kabına atın.
Detaylı prosedür için Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.

ÖNEMLİ: TEST ETMEDEN ÖNCE TEST MODUNU LÜTFEN İKİ KEZ KONTROL EDİN.

Test Sonuçları
Ölçüm Aralığı: 3-20 mg/dL (180-1.190 µmol/L)
[1] Sağlıklı Erkek için Normal Aralık: 3.4-7.0 mg/dL (200-420 µmol/L). Sağlıklı Kadın için Normal Aralık: 2.4-6.0 mg/dL (140-360 µmol/L) (Bu aralık sadece bir referanstır.) [2] Eğer cihazda "Lo" gösteriliyorsa, ürik asit seviyesi 3 mg/dL (180 µmol/L) altında olabilir. [3] Eğer cihazda "Hi" gösteriliyorsa, ürik asit seviyesi 20 mg/dL (1.190 µmol/L) üzerinde olabilir.

Test sonucu alışılmadık derecede düşük, yüksek veya hissettiklerinizle tutarsızsa, aşağıdakileri kontrol edin ve yeni bir şerit ile testi tekrar yapın; talimatları dikkatlice takip ettiğinizden emin olun.
[1] Şeritlerin süresi dolmamış. [2] Cihaz doğru kodlanmış ve kod numarası şerit ile tutarlı. [3] Cihaz ve şeritler düzgün çalışıyor. [4] Kan örneği şerit girişini yeterince doldurmuş.
Eğer test sonucu ile ilgili hala şüpheniz varsa, lütfen bir sağlık profesyoneline danışın veya yetkili distribütörle iletişime geçin.

ÖNEMLİ: TEST SONUÇLARINA DAYALI MEDİKAL KARARLAR ALMADAN ÖNCE SAĞLIK PROFESYONELİNE DANIŞIN.
DİĞER MARKA ŞERİTLER, WELLION LUNA CİHAZI İLE UYUMLU DEĞİLDİR.
POTANSİYEL BİYOHİZAR. KULLANILAN TEST MALZEMELERİ ENFEKSİYON KAYNAĞI OLABİLİR, LÜTFEN ÖZELLİKLE SİSTEM BİRDEN FAZLA KULLANICI TARAFINDAN KULLANILDIĞINDA DİKKATLİ OLUN.

Kontrol Solüsyonu Testi
Kontrol solüsyonu, sistemin performansını kontrol etmek için kullanılır. Kontrol solüsyonu test sonucu şerit vial etiketinde belirtilen aralık içinde ise, sistem düzgün çalışıyor demektir. Kontrol solüsyonu sistemin içinde yer almamaktadır. Lütfen satın almak için yetkili distribütörle iletişime geçin.
Bir kontrol testi aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilebilir:
[1] Sistem düzgün çalışmıyorsa. [2] Test sonucu alışılmadık veya tutarsızsa.

Aralık dışı kontrol solüsyonu test sonucu aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:
[1] Testin hatalı yapılması. [2] Kontamine veya süresi dolmuş kontrol solüsyonu. [3] Sistem bozulması veya arızası. [4] Cihaz ile şerit arasındaki kodlar tutarsız.

ÖNEMLİ: HER ŞERİT VİALİ FARKLI KONTROL ARALIĞINA ŞAHİP OLABİLİR. LÜTFEN KONTROL SOLÜSYONU TESTİ YAPARKEN HER ZAMAN KONTROL ARALIĞINI KONTROL EDİN. KONTROL SOLÜSYONU TESTLERİ HATALI SONUÇLAR VERİYORSA SİSTEMİ KULLANMAYIN. YARDIM İÇİN YETKİLİ DISTRİBÜTÖRLE İLETİŞİME GEÇİN.

Sınırlamalar
Doğru bir test sonucu almak için lütfen aşağıdaki sınırlamaları dikkatlice okuyun.
[1] Sadece tek kullanımlık. Şeritleri tekrar kullanmayın. [2] Testi güçlü bir elektronik alan içinde, sinyal müdahalesi altında gerçekleştirmeyin. [3] Testi yenidoğanlarda yapmayın. [4] Test şeridi, 10.000 feet (3048 metre) yüksekliğe kadar kullanılabilir. [5] Hematokrit (Hct) %30-55 arasında olmalıdır.[6] Sadece parmak uçlarından alınan taze kapiler tam kan kullanın. [7] Serum, plazma veya venöz tam kan kullanmayın.

Sağlık Profesyonelleri için Ek Bilgi
[1] Müdahaleler: Asetaminofen, Allopurinol, Amilorid, Askorbik asit, Atenolol, Bilirubin, Kreatinin, Kolşisin, Diklofenak, Glibenklamid, İbuprofen, İndomethasin,